

FCLA-7000 eXact 7 Photometer + 1000 db tesztcsík

Nagy pontosságú fotométer szabad klór és klórdioxid méréshez.

1000 tesztcsíkkal (eXact szabadalom), nincs szükség porra, tablettára vagy folyadékra

Mérési módszer: fotometria

Fényforrás: LED

Hullámhossz: 525 nm

Programozott tesztek:

- szabad klórtartalom
- klórdioxid

Szabad klórtartalom mérési sáv: 0-5,99ppm standard, 6-11ppm speciális tesztcsíkkal (külön rendelhető)

Klórdioxid mérés: 0-6,5ppm glycine tesztcsíkkal (külön rendelhető)

Fotometriás felbontás +/-0,1/0,01%T

Kijelző: 3 jegyes folyadékkristályos kijelző, 0,01(ill. automatikusan v lt 0,1) felbontás

Szükséges mintavíz: 40ml

Működési hőmérséklet: 0-50 C

Tápfeszültség: 4db AAA alkáli elem (min. 2000 mérés)

IP65

Súly: 140g

Méret: 5*3,5*16,5 cm

EPA (USA) megfelelés

CE bizonylat

Elektromágneses megfelelés (EMC EN61326)

Interferencia immunitás EN61326 szerint

Kiegészítők, tesztcsíkok:

- FCLA-7001 tesztcsík 100db/üveg 0-6ppm, DPD-1
- FCLA-7002 magas mérési tartományú tesztcsík 6-11ppm
- FCLA-7003 ellenőrző folyadék 2ppm
- CLDA-7001 glycine klórdioxid tesztcsík 50db/üveg



PROFILAXIS

Forgalmazó: Profilaxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13.

Tel.: +3623/545-293, 545-393 profilaxis.hu